

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Y học PKKQ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế bổ sung lần 2 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Y học Phòng không Không quân/Cục Hậu cần

Địa chỉ: 225 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Ông: Nguyễn Toàn Thắng- Chủ nhiệm Khoa Dược-Trang bị

Điện thoại: 0903.203.434

Email: thangyhhk@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các nhà thầu gửi báo giá (*Mẫu báo giá đính kèm Thư mời*) có chữ ký và con dấu của người đại diện công ty đến trực tiếp: Khoa Dược Trang bị, tầng 10 nhà Đ4, 225 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội (không nhận qua đường bưu điện), và gửi bản mềm (file excel theo mẫu báo giá) qua email: damthuynhu@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08^h ngày 5 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h ngày 15 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15/9/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	Tên hàng hoá mời chào giá	SL dự kiến	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc tương đương
1	Gạc hút loại a	2.000	mét	Gạc hút nước hoàn toàn trắng, không được có lơ hoặc màu phụ để làm trắng. Mỗi centimet vuông có ≥ 10 sợi dọc, ≥ 8 sợi ngang. Gạc hút nước chỉ có sợi bông, không được có loại sợi nào khác. Khổ 0,75m - 0,85m.

STT	Tên hàng hoá mời chào giá	SL dự kiến	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc tương đương
2	Găng phẫu thuật các cỡ tiết trùng	3.000	Đôi	Làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên hàm lượng bột: tối đa 10 mg/dm ²
3	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc	3.000	cái	Kim làm bằng thép không gỉ. Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế Các số từ 18G-24G - Kim có công bơm thuốc bổ xung, nắp dây bật rẽ dàng. Đầu catheter thon nhọn 2 lần. Kim được cắt vát, sắc. Kim có cánh và có cửa bơm thuốc, thời gian lưu kim tối đa đến 72h. Tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương
4	Ống thông niệu đạo nelaton	50	cái	Chất liệu cao su tự nhiên phủ silicon. Có các cỡ 12-24Fr. TC ISO 13485:2016, EC hoặc tương đương
5	Dây dẫn đường guide wire	10	cái	Dây dẫn đường đầu 1 đầu cứng, 1 đầu siêu linh hoạt, Chất liệu Nitinol phủ hydrophilic, đường kính 0.032 inch '- 0.035 inch, độ dài 150cm, đầu thẳng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO13485, EC
6	Giấy in nhiệt 57 mm	60	tập	Kích thước: Chiều cao 57mm, đường kính 45mm phù hợp máy đơn vị
7	Băng cá nhân	20.000	miếng	- Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide - Keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene. - Thấm hút $\geq 500\%$, lực dính 2,2-9,4 N/cm.Kích thước 1.9-2cm*6cm - Tiêu chuẩn ISO 13485,CE hoặc tương đương
8	Dầu Parafin	5	can	Dầu parafin trắng trong, không màu, can 1L
9	Kim chọc dò tủy sống	80	cái	Vật liệu thép không gỉ Kim thiết kế kiểu Quincke 3 mặt vát hướng xiên thuận tiện cho người dùng, thân kim có vạch đánh dấu độ sâu, chuôi kim trong suốt đảm phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra, cánh có thể tháo rời để kiểm soát tốt hơn. Có kim dẫn đường để hỗ trợ khi dùng kim nhỏ - Đường kính kim từ 18G-> 27G. Chiều dài 90mm (3 1/2"). * Tiết trùng EO, không độc hại, không pyrogenic * Tiêu chuẩn ISO; CE hoặc tương đương."
Tổng: 09 khoản				

2. Địa điểm cung cấp tại Khoa Dược Trang bị/Viện Y học PKKQ (tầng 10 nhà Đ4, 225 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 48^h sau khi có dự trù của khoa Dược Trang bị/Viện Y học PKKQ

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thực hiện theo quy định của tài chính đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD (đề b/c);
- HECMKT;
- Lưu: VT, DTB. Tr5.



Đại tá Nguyễn Minh Hải